

2023年3月20日

お客様各位

株式会社 アイビー
代表取締役 板橋 隆太**BoviLabスライドシリーズ CK・GGT項目測定範囲変更のお知らせ**

謹啓 早春の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、掲題に就き、以下のとおり変更いたしますのでご連絡いたします。
今後とも弊社製品ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 変更内容

<u>項目名</u>	<u>変更前</u>	<u>変更後</u>
CK	75 ~ 9999 U/L	50 ~ 9999 U/L
GGT	15 ~ 600 U/L	10 ~ 600 U/L

2. 添付文書変更時期

2023年4月製造分より

以上